重要

患者様の移載前に必ず確認!!

頭部板ユニットは 必ず 健側 に取り付けてください。

右患側の場合

○ 【正】健側に装着

× 【誤】患側に装着



操作方法の詳細は取扱説明書をご確認ください。

MIZUHO

M－ImagingPlus ショルダーポジショナー　補足資料
MES-CK18-068-20-1　Ver.1　2026-09-01

製造販売届出番号：13B1X00306N10346
販売名：M－ImagingPlus ショルダーポジショナー