MIZUHO
Medical Innovation

Jplate SYSTEM 鎖骨プレート

Jplate SYSTEM 踵骨プレート

鎖骨プレート（滅菌）

踵骨プレート（滅菌）

Jplate SYSTEM 鎖骨プレート

アナトミカルデザインにより適合性を向上

豊富な臨床データに基づき、プレートは日本人の骨形状を立体的に解析したアナトミカルデザインを採用。日本人に合ったサイズレンジと併せて、高い適合性を実現しました。

滅菌パッケージで安全・スムースな手技をサポート

インプラントはすべて滅菌処理を施しているため、安全性の配慮はもちろん術前準備の簡便化に貢献します。

ロープロファイルに配慮

軟部組織への負担を最小限に抑えるために、スクリューヘッドの規格には、プレートからの突出を解消するヘキサローブを採用しています。



純チタンを採用

プレート素材に純チタンを採用することで、優れた生体親和性を実現しています。鎖骨プレートは強度を保ちつつもベンディングによる微調整が可能です。※ソリッドスクリューはチタン合金性です。

注意:生体親和性に優れたチタン素材の性質上、患者の年齢、骨癒合状態によっては、抜去困難となる可能性があります。

専用テンプレートで確かな手技をサポート（別売）

手技の正確性を高めるために、鎖骨および踵骨プレート専用のテンプレートをラインアップしました。

■鎖骨プレート用ベンディングテンプレート（アルミニウム製）

鎖骨プレートには、ベンディングアングルの決定前に、トライアルができるハンドベンディング可能なテンプレートを用意しました。

■踵骨プレート用テンプレート（ステンレス製）

踵骨プレートには、皮切のデザイニングに役立つテンプレートを用意しました。※ベンディングは行えません。

共通したインストゥルメントセット

鎖骨プレートおよび踵骨プレートでは、インストゥルメントセット※を共有化。手技に必要な器具類のスマート化を図りました。

※ソリッドスクリュー φ3.5/φ4.0器械セット（商品コード：21-901-30）
上記製品の詳細は各営業所までお問い合わせください。

日本人の骨形状・骨サイズにフィット。
鎖骨・踵骨骨折治療の
スタンダード・チタンプレート。

Jplate SYSTEM 踵骨プレート

※インプラントはすべて滅菌包装です。※ご使用の際は、必ず添付文書をお読みください。

JP鎖骨プレート（滅菌）　承認番号：21800BZZ10059000



規格	商品コード	JANコード	クラス分類
JP鎖骨プレート スタンダード　左	11-913-01	4946329140170	Ⅲ
JP鎖骨プレート スタンダード　右	11-913-02	4946329140187	
JP鎖骨プレート ラージ　左	11-913-03	4946329140194	
JP鎖骨プレート ラージ　右	11-913-04	4946329140200	
JP鎖骨プレート スモール　左	11-913-05	4946329140217	
JP鎖骨プレート スモール　右	11-913-06	4946329140224	

JP鎖骨プレート用ベンディングテンプレート

アルミニウム製
許可番号：13B1X00306G10283

規格	商品コード	JANコード	クラス分類
スタンダード左右兼用	21-901-60	4946329178647	Ⅰ
ラージ左右兼用	21-901-61	4946329178654	
スモール左右兼用	21-901-62	4946329178661	

ソリッドスクリュー　皮質骨用全ネジ（滅菌）

承認番号：21400BZZ00411000

規格（直径×全長）		商品コード	JANコード	クラス分類
φ3.5　×	10mm	11-815-10	4946329117424	Ⅲ
	12mm	11-815-12	4946329117431	
	14mm	11-815-14	4946329117448	
	16mm	11-815-16	4946329117455	
	18mm	11-815-18	4946329117462	
	20mm	11-815-20	4946329117479	
	22mm	11-815-22	4946329117486	
	24mm	11-815-24	4946329117493	

ソリッドスクリュー　海綿骨用全ネジ（滅菌）

承認番号：21400BZZ00411000

規格（直径×全長）		商品コード	JANコード	クラス分類
φ4.0　×	10mm	11-811-10	4946329116588	Ⅲ
	12mm	11-811-12	4946329116595	
	14mm	11-811-14	4946329116601	
	16mm	11-811-16	4946329116618	
	18mm	11-811-18	4946329116625	
	20mm	11-811-20	4946329116632	

※インプラントはすべて滅菌包装です。※ご使用の際は、必ず添付文書をお読みください。

JP踵骨プレート（滅菌）　承認番号：21800BZZ10073000



規格	商品コード	JANコード	クラス分類
JP踵骨プレート 小　左	11-912-03	4946329142273	Ⅲ
JP踵骨プレート 小　右	11-912-04	4946329142280	
JP踵骨プレート 大　左	11-912-05	4946329142297	
JP踵骨プレート 大　右	11-912-06	4946329142303	

JP踵骨プレート用テンプレート

ステンレス製
許可番号：13B1X00306G10284

規格	商品コード	JANコード	クラス分類
大 左右兼用	21-901-63	4946329178678	Ⅰ
小 左右兼用	21-901-64	4946329178685	

ソリッドスクリュー　皮質骨用全ネジ（滅菌）

承認番号：21400BZZ00411000

規格（直径×全長）		商品コード	JANコード	クラス分類
φ3.5　×	22mm	11-815-22	4946329117486	Ⅲ
	24mm	11-815-24	4946329117493	
	26mm	11-815-26	4946329117509	
	28mm	11-815-28	4946329117516	
	30mm	11-815-30	4946329117523	
	32mm	11-815-32	4946329117530	
	34mm	11-815-34	4946329117547	
	36mm	11-815-36	4946329117554	
	40mm	11-815-40	4946329117578	
	45mm	11-815-45	4946329117585	
	50mm	11-815-50	4946329117592	

ソリッドスクリュー　海綿骨用全ネジ（滅菌）

承認番号：21400BZZ00411000

規格（直径×全長）		商品コード	JANコード	クラス分類
φ4.0　×	26mm	11-811-26	4946329116663	Ⅲ
	28mm	11-811-28	4946329116670	
	30mm	11-811-30	4946329116687	
	35mm	11-811-35	4946329116694	
	40mm	11-811-40	4946329116700	

ソリッドスクリュー　海綿骨用½ネジ（滅菌）

承認番号：21400BZZ00411000

規格（直径×全長）		商品コード	JANコード	クラス分類
φ4.0　×	26mm	11-812-26	4946329116823	Ⅲ
	28mm	11-812-28	4946329116830	
	30mm	11-812-30	4946329116847	
	35mm	11-812-35	4946329116854	
	40mm	11-812-40	4946329116861	

Jplate SYSTEM

鎖骨プレート



高度管理医療機器	再使用禁止	類　　別：医04　整形用品 一般的名称：体内固定用プレート 販　売　名：鎖骨プレート（滅菌） JMDNコード：35241003	承認番号：21800BZZ10059000

Jplate SYSTEM

踵骨プレート

高度管理医療機器	再使用禁止	類　　別：医04　整形用品 一般的名称：体内固定用プレート 販　売　名：踵骨プレート（滅菌） JMDNコード：35241003	承認番号：21800BZZ10073000

ミズホ株式会社

http://www.mizuho.co.jp

【営業拠点】

●北海道センター　〒060-0807　札幌市北区北7条西2-6 37山京ビル2F
TEL 011-716-4731　FAX 011-716-4803

●東北センター　〒980-0014　仙台市青葉区本町1-11-2 SK仙台ビル2F
TEL 022-227-1688　FAX 022-227-1698

●新潟センター　〒951-8062　新潟市中央区西堀前通1-702 西堀一番町ビル6F
TEL 025-229-5458　FAX 025-222-4684

●北関東地区　〒113-0033　東京都文京区本郷3-30-13
TEL 03-3815-3193　FAX 03-3815-1280

●東海センター　〒464-0075　名古屋市千種区内山3-17-4 スズシン第2ビル3F
TEL 052-732-7130　FAX 052-732-7131

●関西センター　〒550-0004　大阪市西区靭本町1-10-24 三共本町ビル7F
TEL 06-6444-3840　FAX 06-6444-3860

●中国センター　〒730-0045　広島市中区鶴見町3-19 板倉ビル4F
TEL 082-241-8826　FAX 082-241-8836

●九州センター　〒812-0013　福岡市博多区博多駅東3-1-1ノーリツビル福岡5F
TEL 092-431-5022　FAX 092-474-4483

【関東圏 販売網（東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県）】

●ミズホアーバン株式会社　〒113-0033　東京都文京区本郷3-29-3
TEL 03-3811-0350　FAX 03-3811-1880

【本社】〒113-0033　東京都文京区本郷3-30-13

●手術機器事業部　TEL 03-3815-3097　FAX 03-3813-5068
●整形・脳神経外科事業部　TEL 03-3815-3096　FAX 03-3813-5068
●特販事業部　TEL 03-4334-9111　FAX 03-3815-3185

【テクニカルサービスセンター】〒285-0808　千葉県佐倉市太田2173-13

●訪問修理受付　TEL 043-481-3367　FAX 043-481-3374
●お預り修理受付　TEL 043-481-3368　FAX 043-481-3375

【ミズホショールーム】〒285-0808　千葉県佐倉市太田2173-13

○お問い合わせは営業担当までお願い致します。

【工場】

●五泉工場　〒959-1821　新潟県五泉市赤海3631-14
●千葉工場　〒285-0808　千葉県佐倉市太田2173-13

注意

●事前に添付文書などをよくお読みいただき、内容を正しく理解された上でご使用ください。
●定期点検および術前·術後の点検を徹底して行ってください。
●アフターサービスに関しては、各営業所および購入店までお問い合わせください。

※掲載の仕様は改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承のほどお願い申し上げます。
※掲載のCG写真およびイラストはすべてイメージによるものです。

1508-1000-BR-002-1508